

**ASSOCIAÇÃO Dr. BARTHOLOMEU TACCHINI**

**Convênio nº 851894/2017**

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica – Nº 4.851894/2019**

**OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico-Assistenciais ao**

**Hospital Tacchini – Bento Gonçalves/RS**

**IMPORTANTE:**

- 1. Data de abertura: 22.05.2019.**
- 2. Data final: 31.05.2019 - Entrega de Propostas até às 18h.**
- 3. Não serão aceitas propostas de itens diferentes no mesmo documento.**  
**Para cada item deve ter o orçamento específico e individual.**
- 4. As propostas deverão ter validade, mínima, de 60 (sessenta) dias.**
- 5. As propostas e demais documentações DEVEM ser entregues no setor de Compras até a data final (item 2), na Rua Doutor José Mário Mônaco, 358. Centro. Bento Gonçalves/RS. CEP 95700 068.**
- 6. Em casos de Cotação Prévia de Preços – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA (nacionalizado), na proposta deve constar: o CNPJ do fornecedor que emitirá a Nota Fiscal e receberá o crédito em conta bancária, por OBTV – Ordem Bancária de Transferência Voluntária via SICONV (DEVE ser o MESMO CNPJ – o da proposta e o do recebimento do crédito).**
- 7. E-mail para informações: [berenice.supri@tacchini.com.br](mailto:berenice.supri@tacchini.com.br) OU [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br)**
- 8. Fone: (54) 3455 4142, com Berenice Biasin OU 3455 4169, com Carlos Mattoso.**

*Carb*

**TERMO DE REFERÊNCIA****COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica Nº 4. 851894/2019****TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

A **Associação Dr. Bartholomeu Tacchini**, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 87.547.444/0001-20, com sede na Rua Doutor José Mário Mônaco, 358, Centro, Bento Gonçalves – RS, CEP 95700-068, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará a **Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica**, tipo **Menor Preço por Item**, no âmbito do **Convênio nº 851894/2017 (SICONV)**, celebrado com o Ministério da Saúde, objetivando a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. A presente Cotação Prévia de Preços será regida pelo Decreto nº. 6.170, Art. 11, de 25 de julho de 2007, pela Portaria Interministerial nº 424 CGU/MF/MP, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações; bem como, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**1. OBJETIVO**

Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento(s) e material(is) permanente(s) no âmbito do referido Convênio.

**2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação visa cumprir a meta do referido Convênio, conforme consta no Termo de Referência e/ou Plano de Trabalho que acompanham o Termo de **Convênio nº 851894/2017 (SICONV)** celebrado entre o **Ministério da Saúde** e a **Associação Dr. Bartholomeu Tacchini**.

**3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

3.1 Poderão participar da presente **Cotação Prévia de Preços** - pessoa jurídica devidamente habilitada a fornecer os materiais - objeto desta Licitação, formalmente escolhida e convidada ou legitimamente interessada.

**4. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

4.1 Não poderão participar do certame as empresas que estiverem sofrendo penalidades impostas por qualquer órgão/entidade da Administração Pública Municipal ou Federal, motivadas pelas hipóteses previstas no Artigo 88 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

*Comp*

4.2 – Não poderão participar do certame as empresas que constem:

I – No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria – Geral da União.

II – No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF como impedidas ou suspensas: ou

III – No Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

## 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO(S) EQUIPAMENTO(S) E MATERIAL(IS) PERMANENTE(S):

51. Adquirir equipamentos e materiais permanentes conforme descrições abaixo, devendo atender também os itens de "a-m".

5.2 – Os equipamentos cotados deverão estar disponíveis para aquisição nos prazos previstos neste Termo de Cotação Prévia.

5.3 - Ainda, para cada item deverá ser apresentada uma proposta, não podendo estar tudo depositado em um único documento, no caso de ser um fornecedor para vários itens.

Item 1	Quantidade: (01) um	Nome: Ultrassom Diagnóstico – Cardio/Extracorp.
<p>Equipamento de Ultrassom Portátil. Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais. Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras. Sistema com pelo menos 1024 canais de processamento digital. Imagem de modo B com 256 níveis de cinza. Peso de no máximo 6.0Kg para tornar viável o transporte. Bateria recarregável para no mínimo de 1 hora de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica. Monitor LCD Colorido de no mínimo 15 polegadas com tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.</p> <p>Disco Rígido de pelo menos 80 GB.</p> <p>Faixa Dinâmica de pelo menos 165 dB.</p> <p>Taxa de quadros de pelo menos 1500 quadros por segundo. (Frame Rate)</p> <p>Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.</p>		

No mínimo 01 porta ativa para transdutor.

Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.

Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.

Capacidade opcional de acoplar carrinho com 3 portas ativas

Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.

Dicom 3.0, worklist, send e print.

Módulo e Cabo de ECG 3 vias.

Segunda Harmônica Tecidual.

Imagem Harmônica com Inversão de Pulso.

Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.

Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores.

Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo.

Modos de divisão das imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M. Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Duplex e Triplex simultâneo em todos os transdutores.

Mínimo de 36 Protocolos programáveis de imagens para exames específicos.

Zoom e pan em tempo real para melhor visualização lateral e de profundidade maior que 08 vezes.

Medidas Básicas como: Profundidade e Distância, Área, Tempo, Ângulo, Velocidade, Volume, % de Estenose, Aceleração e Frequência Cardíaca.

Doppler Colorido, com variados mapas de cor, variação no filtro de parede, velocidade, linha de base da cor, tamanho e posição do FOV.

Captura em dados brutos possibilitando análise dos estudos após a liberação do paciente, com funções de pós-processamento como ganho, mapas de cinzas, linha de base, velocidade do espectro, ângulo Doppler, cálculos e anotações.

Gravador de CD/ DVD incorporado ao equipamento, ou impressora colorida compatível com equipamento.

Saídas de Vídeo: VGA, Áudio, USB com pelo menos 2 portas.

Fonte de Alimentação: 220VAC, 60 Hz, NTSC.

Capacidade para gerar Página de Relatório com imagens, gráficos e tabelas.

Software para medida da espessura Íntima Média das Carótidas.

3D free hand.

Possibilidade de realizar exames intervensional e anestesia.

Possibilidade futura de incorporação de software para Eco Estresse totalmente integrado ao equipamento. Possibilidade de acoplar sonda microconvexa para exames pediátricos.

Possibilidade futura de incorporação de Transdutor Transesofágico Multiplanar adulto.

Carrinho suporte totalmente compatível com o equipamento. Mala para transporte.

Transdutores multifrequenciais eletrônicos inclusos:

Transdutor de Banda Larga de variação de frequência de 4.0 a 7.0 MHz (+/-1MHz), para exames de cardio, abdome e torácico em pacientes adulto e pediátrico.

Transdutor convexo de banda Larga com variação de frequência de 02 a 5.5 MHz (+/-1MHz), para exames abdominais e músculo esqueléticos.

Transdutor linear - Banda Larga de variação de frequência de 06 a 13 MHz (+/-1MHz).

Transdutor setorial adulto – Banda Larga de variação de frequência 2.0 a 4.0 MHz (+/-1MHz).

Manual operacional em português em meio físico e eletrônico. Manual técnico de serviço.

**Item 2**      Quantidade: **(05) cinco**      Nome: **Monitor Multiparamétrico**

Monitor Multiparamétrico para pacientes de uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de Temperatura e 2 Canais de pressão invasiva (PI). Deverá possuir análise de arritmia. Possibilidade de acréscimo futuro de 3 ou mais sinais aferidos, através de sistema modular, com adição no corpo do equipamento ou através de rack. Dentre os sinais possíveis: mais 2 canais de PI, transmissão neuromuscular (TNM), índice biespectral (BIS), capnografia (mainstream ou sidestream de baixo fluxo), análise de gases (O<sup>2</sup>, NO<sup>2</sup> CO<sup>2</sup>, 5 gases anestésicos, com identificação automática) e encefalograma (EEG). Deverá possuir tela colorida de LCD de 12 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1024x780, com no mínimo 6 curvas simultâneas, tendências de no mínimo 24 horas. Possuir portas USB e VGA. Ter capacidade de comunicação com Central de Monitorização. Possuir também a possibilidade de comunicação com Sistema

Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7, por intermédio de Central de Monitoração ou diretamente. O monitor deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico e neonatal. Apresentar os menus e mensagens na língua portuguesa (Brasil).

Possuir grau de proteção mínima de IPx1. Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 30 minutos. Alimentação Bivolt Automático.

Especificações: ECG – possuir faixa de medição mínima de de 30 a 300 bpm, através de um cabo de 3 e 5 vias e detecção de arritmias básicas. Possuir detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. Acessórios: 1 Cabo completo de ECG de 3 vias e 1 Cabo completo de ECG de 5 vias.

Respiração – medição mínima na faixa de 5 a 150 resp./min (rpm), através do método de impedância toraxica.

SpO2 – medição nas faixas mínimas de 70 a 100 % e Pulso de 30 a 240 bpm. Apresentar formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornecer indicador de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo. Acessórios: 1 Sensor de SpO2 Adulto e 1 neo/pediátrico.

Pressão Não Invasiva (PNI) - realizar medição pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de máximo e mínimo. Executar medidas de pressão arterial Sistólica, Média e Diastólica em modo automático e manual com intervalos de medida de mínimos de 1 a 120 minutos. Acessórios: 1 Mangueira, 1 Manguito Adulto, 1 Manguito Obeso, 1 Pediatrico.

Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 2 Sensor de temperatura cutâneo.

Pressão Invasiva – Possuir 2 Canais de PI com possibilidade de expansão para até 4 canais. Faixa de Leitura mínima entre -40 e 360 mmHg. Capacidade mínima, para aferir 2 pressões arteriais (simultâneas), pressão da artéria aorta, pressão venosa central, pressão intracraniana, pressão do átrio esquerdo, pressão de artéria pulmonar, pressão arterial umbilical, pressão venosa umbilical e uma pressão não específica ou equivalentes das nomenclaturas utilizadas. Compatível com domos e cabos de diversos fabricantes.

Manuais: operacional e técnico em português em meio físico e eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Descrição técnica do item.

- a. Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc, indispensáveis ao funcionamento do(s) equipamento(s).
- b. Declaração de que será realizado, nas dependências do Hospital e previamente à instalação do produto, teste de segurança elétrica e verificação da calibração para todos os parâmetros com emissão de certificado rastreável.
- c. Assistência técnica no Rio Grande do Sul, autorizada e com registro ativo no CREA-RS. Indicar empresa(s), profissional(is) responsável(is) e respectivo(s) endereço(s) e telefone(s) para assistência durante e após a garantia.
- d. Ficará a licitante obrigada a treinar os profissionais da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, na manutenção do(s) equipamento(s), para até 02(dois) funcionários técnicos. O treinamento consistirá de teoria e prática, capacitando para que se possa realizar o primeiro atendimento, visando detectar e solucionar problemas de primeiro nível. Sendo uma parte teórica com detalhamento técnico do equipamento, bem como rotinas de manutenções preventivas, corretivas e uma parte prática, buscando sedimentar sua correta utilização, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções. Fornecimento de treinamento de operação do(s) equipamento(s), para os usuários, sem ônus adicional para o Hospital em 4 turnos (manhã, tarde, noite 1 e noite 2).
- e. Apresentar para todos os equipamentos onde seja pertinente o Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto), com data atual de consulta e vigência, que deverá ser anexado à proposta. Não serão aceitos produtos com Autorização de Modelo, mesmo que com a validade em vigor. Existem produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados e sim, cadastrados; neste caso não é feita publicação no Diário Oficial da União, é expedido um Certificado de Dispensa de Registro que será exigido no processo de licitação.
- f. Declaração de que as peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter produção continuada por no mínimo 05 anos, assim como, disponibilidade para aquisição.
- g. Declaração de que o modelo do equipamento ofertado deve estar em linha de produção; assim como, disponibilidade para aquisição.

- h. Apresentar, na proposta, documentação comprobatória de Contrato de Representação Comercial e Técnica do equipamento proposto entre o Representante/Distribuidor e o Fabricante do produto.
- i. Apresentar, junto à proposta, dois (02) Atestados de Capacidade Técnica que comprove que o Proponente forneceu de forma satisfatória o *Objeto/Produto* pertinente e compatível com a presente *Cotação Prévia\_DE* e/ou REGISTRO a ser comprovado pela comissão.
- j. Obrigatoriamente deverá acompanhar à proposta todos os catálogos e material(is) ilustrativo(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatórios dos itens desta Descrição Técnica, original(is) ou em cópia colorida.
- k. Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel desta Descrição Técnica. Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens solicitados.
- l. O(s) item(ns) não informado(s) será(ão) considerado(s) como não atendido(s).
- m. Garantia mínima: 12 meses, após entrega técnica (instalação do equipamento na Contratante).
- n. Os itens cotados deverão observar as especificações técnicas solicitadas, que serão avaliadas pela Comissão de Licitação. Em caso de algum item não apresentar a conformidade exigida, a proposta será desclassificada.

## 6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

**6.1** – As propostas deverão ser apresentadas **INDIVIDUALMENTE PARA CADA ITEM, em cada Convênio**, em moeda corrente nacional, devendo ser apresentada digitada em papel timbrado da empresa, não podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, contendo o nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.

**6.2** - As propostas deverão conter as especificações do equipamento, suas marcas e modelos, a validade da proposta de 60 dias, bem com devem estar compatíveis com os termos deste Termo de Referência, e identificadas com o CNPJ do fornecedor e assinadas pelo Representante legal da empresa Proponente.

**6.3** - No preço final do produto, pelo Proponente, deverão estar inclusas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, com exceção do IPI, taxas e contribuições sociais,

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais que, eventualmente incidam sobre o dado produto; ou ainda, despesas de deslocamento, fretes, seguros e instalações.

**6.4** - Juntamente com a proposta, deve ser apresentado o Contrato Social, o CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cópia das certidões que comprovam a boa regularidade da empresa junto aos órgãos públicos, sendo elas: Fazendas Federal, Estadual e Municipal (com exceção do DF); FGTS; INSS (em caso de propostas enviadas por e-mail, todas as certidões podem ser enviadas em um único arquivo em formato digitalizado “pdf” para o endereço [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br)). A empresa não pode estar registrada no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) <http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis>

**6.5** - Deverá ser observado pelos Proponentes por ocasião da apresentação das propostas que a Associação Dr. Bartholomeu Tacchini é imune ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, não devendo o referido imposto ser destacado na Nota Fiscal e tampouco fazer parte do custo do equipamento, conforme Mandado de Segurança nº 2006.71.07.000527-3/RS, já transitado em julgado.

**6.6** – Para fins de elaboração das propostas a Associação Dr. Bartholomeu Tacchini não é contribuinte do ICMS.

## 7 - DA ENTREGA DA PROPOSTA

7.1. A proposta deverá ser entregue de **22 à 31.05.2019, até às 18h**, no endereço da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini (Rua Doutor José Mário Mônaco, 358, Centro. 95700 068. Bento Gonçalves/RS) à Srª Berenice Biasin, no setor de Compras, ou então enviada, via e-mail, até o dia especificado acima, sendo que o Fornecedor deve entrar em contato para confirmar o recebimento eletrônico de toda a documentação. O endereço eletrônico de envio das propostas é: [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br), telefone: **54 3455 4142**, com Srª Berenice Biasin OU **3455 4169**, com Carlos Mattoso.

## 8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A presente Cotação Prévia de Preços será julgada pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme inciso I, § 1º do art. 45, da Lei de Licitações; pela Comissão de Licitações da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini.

8.2 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:

a) Não atenderem às especificações desta COTAÇÃO;

- b) Que apresentarem preços irrisórios, de valor zero ou preços excessivos, inexequíveis ou preços incompatíveis com os valores de mercado para aquele dado produto.
- c) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta COTAÇÃO, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as exceções previstas no § 3º do art. 44 da lei de Licitações;
- d) Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não atender às exigências previstas neste documento, a Comissão Permanente de Licitações e Compras, examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do participante, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências.
- e) Havendo empate entre as propostas de menor preço, serão convocadas para sorteio;
- f) Se a proposta de menor valor estiver acima do valor aprovado no projeto para o referido lote, a empresa será consultada no ato de realização do certame, a reduzir o valor de sua proposta para o valor disponibilizado pelo projeto aprovado. Caso não aceite, a empresa será desclassificada e as demais, consultadas na ordem de classificação.
- g) o resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail ou por ofício; sendo assim, é fundamental que o fornecedor informe o e-mail na proposta; ou ainda, será publicado no site institucional ([www.tacchini.com.br](http://www.tacchini.com.br)).

## 9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Para os Recursos Administrativos, serão observadas as normas previstas pelo Art. 109 e seus Incisos e Parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, devendo os recursos serem enviados pelo e-mail: [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br)

9.2. É de responsabilidade do Recorrente confirmar o recebimento do recurso através dos fones: (54) 3455 4142 ou 3455 4169.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações;

10.2. Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta Cotação;

10.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais do objeto, diligenciando nos casos que exijam providências corretivas.

10.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, a vista da Nota Fiscal/Fatura/Invoice devidamente atestada pelo setor competente, via SICONV.

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na proposta no local indicado pela CONTRATANTE;

11.2. Atender às condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

11.3. Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos que não estejam em conformidade com as especificações da CONTRATANTE.

11.4. Adotar todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e terceiros, assim como todas as medidas relacionadas ao seguro de seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsáveis pelas consequências originais por acidentes que se verificarem na prestação do serviço.

## 12. DAS SANÇÕES

12.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa de 5% calculada sobre o valor total do objeto, em caso de inadimplemento contratual, excetuando-se os casos de atraso na entrega do material.
- c) Pelo atraso, de até 30 dias, na entrega dos materiais, será aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o montante a ser pago à CONTRATADA VENCEDORA.

## 13. DO PRAZO DE FORNECIMENTO

13.1. A Contratada fornecerá o(s) equipamento(s) e material(is) permanente(s) no prazo de 30 dias, a contar da assinatura do Contrato.

## 14. DO LOCAL DE ENTREGA

14.1. O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Setor de Almoxarifado da CONTRATANTE, situado na Rua Doutor José Mário Mônaco, nº 358 em Bento

Gonçalves/RS – CEP 95700 068, no seguinte horário: das 8:00hs às 11:00hs e das 13:30hs às 17:00hs de segunda a sexta feira.

## 15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato está vinculado à garantia do produto fornecido, não sendo inferior ao mínimo de 12 meses.

## 16. VALOR DISPONÍVEL PARA A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

16.1. Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta do Convênio nº 851894/2017 (SICONV).

## 17. FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento do(s) equipamento(s) e material(is) permanente(s) está condicionado a liberação do recurso após a conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Ministério da Saúde, conforme artigo 41 letra inciso II letra “ b” da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

17.2. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá reajuste.

17.3. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos na presente prestação de serviços.

17.4. A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos, encargos e impostos trabalhistas, que sejam de competência da CONTRATADA, como também não se obrigará a fazer restituições ou reembolsos de valores principais ou acessórios que esta depender com esses fornecimentos.

## 18. NOTA FISCAL

18.1. A CONTRATADA, ao emitir a **Nota Fiscal**, deverá incluir no campo “**Informações Complementares**”, os seguintes dizeres:

**ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE /  
ACAO 2015.8535 / PO - 0000 / HOSPITAL GERAL E ESPECIALIZADO /  
CONVENIO EQUIPAMENTO / EMENDA PARLAMENTAR**

**Código do Programa 3600020170014. Convênio nº 851894/2017.**

18.2. Sendo a Nota Fiscal devolvida para correção por parte da Contratada, o prazo para pagamento será de 03 (três) dias contados a partir da data de sua reapresentação.

## 19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. As condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preços consubstanciam-se no Contrato e nas autorizações oficiais de serviço, independentemente de estarem nela transcritas.

19.2. A não observância de qualquer item desta Cotação Prévia implicará na desclassificação da empresa Concorrente.


19.3. Fica a Concorrente ciente de que a simples apresentação da proposta indica que esta tem pleno conhecimento dos elementos da presente cotação, bem como de todas as condições gerais e da legislação específicas à matéria, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento da prestação de serviço.

## 20. ESCLARECIMENTOS

20.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser obtidos junto ao Setor de **Compras da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini**, sito na Rua Doutor José Mário Mônaco, 358 em Bento Gonçalves/RS, fone (54) 3455 4142, 3455 4169 ou através do e-mail: [berenice.supri@tacchini.com.br](mailto:berenice.supri@tacchini.com.br) OU [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br)

20.2. Fica eleito o Fórum da Comarca de Bento Gonçalves, para julgamento de qualquer questão judicial resultante desta Cotação Prévia de Preços.

Bento Gonçalves, 22 de Maio de 2019.

  
**Hilton Roesse Marcio**  
Superintendente Executivo

  
**Carlos Augusto Mattoso Pereira**  
Líder Engenharia Clínica