

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica**

**Aviso de Resultados**

A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 1.848535/2018 para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes no âmbito do Convênio MS nº 848535/2017, das empresas participantes e seus respectivos itens, conforme abaixo:

<p>Fornecedores/ Equipamento:</p>	<p><b>Item 1: Bisturi Elétrico (a partir de 200W).</b>                  Empresa 1: <b>Deltronix Equipamentos Ltda</b>  <b>CONSIDERANDO:</b> 1) Não atende teste de segurança elétrica e desempenho <i>Desclassificada tecnicamente.</i>                  Empresa 2: <b>Medical Cirúrgica Ltda. Epp.</b>  <b>CONSIDERANDO:</b> 1) Não atende teste de segurança elétrica e desempenho. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>                  Empresa 3: <b>Auto Suture do Brasil Ltda. Vencedora.</b>                  Empresa 4: <b>Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.</b>  <b>CONSIDERANDO:</b> 1) Não atende teste de segurança elétrica e desempenho. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p>
	<p><b>Item 2: Aparelhos de Anestesia com Monitor Multiparamétrico</b>                  Empresa 1: <b>Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda. Vencedora.</b>                  Empresa 2: <b>Hospitrade Distribuidora de Equipamento Hospitalar Ltda. Valor acima do aprovado.</b></p>
	<p><b>Item 3: Monitor Multiparamétrico</b>                  Empresa 1: <b>Alfa Med Sistemas Médicos Ltda.</b>  <b>CONSIDERANDO:</b> 1) Não atender faixa de medição de frequência cardíaca de 0 a 350bpm. 2) Faixa de medição de pressão de -50 a 400mmHg. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>                  Empresa 2: <b>Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda. Vencedora.</b>                  Empresa 3: <b>Hospitrade Distribuidora de Equipamento Hospitalar Ltda.</b>  <b>CONSIDERANDO:</b> 1) Não indica faixas de leitura de PMI, ECG e saturação. 2) No catálogo enviado faltam informações das características do produto. 3) não atende ao item 5.3C do edital. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p>
	<p><b>Item 4: Garrote Pneumático Eletrônico</b>                  Empresa 1: <b>AAMED Comércio de Equipamentos EIRELI</b>  <b>Considerando:</b> 1) Não atende transdutor de pressão. 2) Não atende o item programação de tempo. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>                  Empresa 2: <b>ITS-MC Serviços EIRELI – EPP. Vencedora.</b></p>

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso e-mail: [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br) ou (54) 3455 4142 ou 3455 4169, estabelece-se o dia 28.11.2018 para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço. Cabe ressaltar a observância da Portaria Interministerial 424/2016.

Bento Gonçalves/RS, 21 de novembro de 2018.

  
Hilton Roese Mancio

Superintendente Executivo  




Rua José Mário Mônaco, 358 - Fone (54) 3455-4333  
 Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-068  
 E-mail: [tacchini@tacchini.com.br](mailto:tacchini@tacchini.com.br) - Site: [www.hospitaltacchini.com.br](http://www.hospitaltacchini.com.br)

Av. Presidente Kennedy, 343 - Fone (54) 3461-9200  
 Carlos Barbosa - RS - CEP 95185-000  
 E-mail: [hospitalsaoroque@tacchini.com.br](mailto:hospitalsaoroque@tacchini.com.br) - Site: [www.hbsr.com.br](http://www.hbsr.com.br)

PLANOS DE SAÚDE  
  
 TUDO PARA VOCÊ SE SENTIR BEM

ANS-nº 34255-6

T-085

**Laudo Técnico referente ao Convênio 848535/2017****Cotação prévia de preços – divulgação eletrônica nº1.848535-2018****Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA RS sob o nº 9940147****Item 1 – Equipamento Bisturis elétricos****Empresa 1:** Deltronix Equipamentos Ltda**Descrição:** Bisturi elétrico modelo precision TC3, marca Deltronix.**Justificativa:** não apresenta na proposta atender que irá ser realizado teste de segurança elétrica e desempenho onde deverá ser verificado em todos os parâmetros. Com emissão de certificado com rastreabilidade RBC/INMETRO.**Empresa 2:** Medical Cirúrgica Ltda. Epp**Descrição:** Bisturi elétrico modelo powercut 300 led, marca Medicir.**Justificativa:** não apresenta na proposta atender que irá ser realizado teste de segurança elétrica e desempenho onde deverá ser verificado em todos os parâmetros. Com emissão de certificado com rastreabilidade RBC/INMETRO.**Empresa 4:** Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda**Descrição:** Bisturi elétrico modelo Vio300s, marca Erbe.**Justificativa:** não apresenta na proposta atender que irá ser realizado teste de segurança elétrica e desempenho onde deverá ser verificado em todos os parâmetros. Com emissão de certificado com rastreabilidade RBC/INMETRO.**Item 3 – Monitor Multiparamétrico****Empresa 1:** Alfa Med Sistemas Médicos Ltda**Descrição:** Monitor Multiparamétrico modelo Vita1100e**Justificativa:** Considerando, não atender o edital em: faixa de medição de frequência cardíaca de 0 a 350bpm e faixa de medição de pressão de -50 a 400mmHg.**Empresa 3:** Hospitrade Distribuidora de Equipamento Hospitalar Ltda**Descrição:** Monitor Multiparamétrico modelo RD12*Conf L*



**Justificativa:** Considerando, não atender o edital em não indica faixas de leitura de PMI ECG e Saturação; No catálogo enviado faltam informações das características do produto; Não atende ao item 5.3C do edital (Ficará a licitante obrigada a treinar os profissionais da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, na manutenção do(s) equipamento(s), para até 02(dois) funcionários técnicos...)


**Item 4 – Equipamento Garrote Pneumático eletrônico**

**Empresa 1:** AAMED Comércio de Equipamentos eireli

**Descrição:** Garrote Pneumático Eletrônico modelo Ger2000-r duplo, marca Ger-Ar Matic Eletronic.

**Justificativa:** Não atende transdutor de pressão de 0 a 776 mmhg e 1 a 240 minutos de programação contabilizando o tempo de forma crescente..

Bento Gonçalves, 30 de Outubro de 2018.



**Carlos Augusto M. Pereira**  
Eng. Eletricista  
RS199536

