

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultados

A **Associação Dr. Bartholomeu Tacchini** comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº **2.863379/2018** para aquisição de Equipamento/Material Permanente no âmbito do **Convênio MS nº 863379/2017**, da empresa participante e seu respectivo item, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento:	Item 1: Ultrassom Diagnóstico – Cardio/Extracorpóreo Empresa 1: Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Desclassificada tecnicamente. CONSIDERANDO: 1) Não apresenta Software para detecção de agulhas em procedimento de punção guiada por ultrassom. 2) No termo de referencia solicita pelo menos 190.000 canais e na proposta é inferior. 3) Frame rate é inferior ao solicitado (pelo menos 700quadros). 4) Transdutor setorial possui especificação de faixa de frequência diferente da solicitada. 5) Transdutor linear possui faixa de operação diferente do solicitado. Empresa 2: Philips Medical Systems Ltda. Valor superior ao aprovado. Ação: refazer Cotação Eletrônica.
-------------------------------	--

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br ou (54) 3455 4142 ou 3455 4169, estabelece-se o dia **22.01.2019** para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço. Cabe ressaltar a observância da Portaria Interministerial 424/2016.

Bento Gonçalves/RS, 16 de Janeiro de 2019.



Hilton Roese Mancio

Superintendente Executivo

Laudo Técnico referente ao Convênio 863379/2017

Cotação prévia de preços – divulgação eletrônica nº2. 863379-2018

O referente laudo refere aos quesitos e justificativas para desclassificação técnica das propostas apresentadas.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA RS sob o nº **10019469**.


Item 1 – Equipamento Ultrassom Diagnóstico – Cardio/Extra

Empresa 1: Siemens Healthcare Diagnóstico LTDA

Descrição: Ultrassom Modelo Acuson NX3 Elite, Marca Siemens

Justificativa: Não apresenta Software para detecção de agulhas em procedimento de punção guiada por ultrassom; No termo de referencia solicita pelo menos 190.000 canais e na proposta é inferior; Frame rate é inferior ao solicitado (pelo menos 700quadros); Transdutor setorial possui especificação de faixa de frequência diferente da solicitada; Transdutor linear possui faixa de operação diferente do solicitado.

Bento Gonçalves, 14 de Janeiro de 2019.


Carlos Augusto M. Pereira
Eng. Eletricista
RS199536