

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultados


A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 1.922873/2022 para aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes no âmbito do Convênio MS nº 922873/2021, das empresas participantes e seus respectivos itens, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento:	<p>Item 1: 01 (um) Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)</p> <p>Empresa 1: Hera Medical Equipamentos Hospitalares. CONSIDERANDO: Não informar: peso; não especificou método de esterilização e reprocessamento. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 2: MEDWAY MEDICAL EQUIPMEN, INC. Vencedora.</p>
	<p>Item 2: 01 (um) Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico</p> <p>Empresa 1: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda. Vencedora.</p> <p>Empresa 2: Philips Medical Systems Ltda. CONSIDERANDO: Não atende possuir integração HL7 diretamente, sem a necessidade de central. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 3: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. CONSIDERANDO. Não atender Grau de proteção mínimo IP21. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 4: RTS RIO S.A. CONSIDERANDO: Não atender grau de proteção mínimo IP21; Treinamento e indicação de Índice de Perfusão. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 5: MEDWAY MEDICAL EQUIPMEN, INC. CONSIDERANDO: Não atender Grau de proteção mínimo IP21 e não indicar possuir índice de perfusão. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 6: DRÄGER Indústria e Comércio Ltda. CONSIDERANDO: Não atender Grau de proteção mínimo IP21 e cálculo de SPV (Variação da Pressão Sistólica). <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p>
	<p>Item 3: 01 (um) Marcapasso Cardíaco Externo</p> <p>Empresa 1: Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda. CONSIDERANDO: Não atender quanto a possuir Display para visualização dos parâmetros septados. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 2: MAIS ÉTICA Comercial EIRELI. CONSIDERANDO: Não atender quanto a possuir Display para visualização dos parâmetros septados. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 3: MAXIMA Dental Importação Exportação. CONSIDERANDO: Não atender quanto a possuir Display para visualização dos parâmetros septados. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 4: Silveira e Silva Comércio de Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda - ME. CONSIDERANDO: Não atender quanto a possuir Display para visualização dos parâmetros septados. <i>Desclassificada</i></p>

	<p><i>tecnicamente.</i></p> <p>AÇÃO: refazer cotação, por ter sido considerada <i>fracassada</i> no quesito técnico.</p>
	<p>Item 4: 04 (quatro) Oxímetros de Pulso</p> <p>Empresa 1: ALFA MED Sistemas Médicos Ltda. Vencedora.</p> <p>Empresa 2: Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda. <i>Desclassificada valor.</i></p> <p>Empresa 3: DER HECK MED Serviços Hospitalares Ltda. <i>Desclassificada valor.</i></p> <p>Empresa 4: R&D MEDIQ Equipamentos e Serviços Especializados Ltda. <i>Desclassificada valor.</i></p> <p>Empresa 5: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. <i>Desclassificada valor.</i></p>

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br ou (54) 3455 4142 ou 3455 4169, estabelece-se o dia **06.04.2022** para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço. Cabe ressaltar a observância da Portaria Interministerial 424/2016 e suas alterações.

Bento Gonçalves/RS, 30 de Março de 2022.



Hilton Roesse Mancio

Superintendente Executivo

