

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultado

A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da **Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 1.942629/2023** para aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes no âmbito do **Convênio MS nº 942629/2023**, das empresas participantes e os itens cotados, conforme abaixo:

<b>Fornecedores/ Equipamentos:</b>	<b>02 (dois) FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO</b>  Empresa 1: <b>DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES Ltda, CNPJ nº 14.877.585/0001-37. CONSIDERANDO:</b> 1) Não atende quanto à especificação de temperatura de cor entre 3700 e 4900K; 2) Não especifica sobre índice de reprodução de vermelho intenso (R9) >90; 3) Atestado de capacidade técnica não refere ao item/modelo do bem especificado na proposta. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>  Empresa 2: <b>DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA Ltda, CNPJ nº 37.122.230/0001-33. CONSIDERANDO:</b> 1) A proposta é cópia da descrição técnica; 2) Não foi informado o endereço eletrônico do manual registrado na ANVISA; 3) Atestado de capacidade técnica apresentado não são referente ao modelo do bem especificado na proposta. 4) Não atender quanto à potência máxima por cúpula de 60w máximo por cúpula. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>  Empresa 3: <b>HB Hospitalar Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 58.344.359/0001-66. CONSIDERANDO:</b> 1) Não atende quanto ao solicitado de treinamento para equipe de engenharia Clínica; 2) Um dos atestados não está conforme o estipulado no edital, pois não é referente à empresa que emitiu a proposta. 3) Não atende quanto à potência máxima de 60w consumida por cúpula. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>  Empresa 4: <b>Medicalway Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nº 02.949.582/0001-82, pela empresa MEDWAY Medical Equipmen, INC - IG nº EX0250111, na modalidade de importação DAP. Vencedora.</b>  Empresa 5: <b>NEXT MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS Ltda, CNPJ nº 35.786.296/0001-00. CONSIDERANDO:</b> 1) Não apresentou atestado de capacidade técnica conforme o solicitado quanto ao intervalo não inferior a um ano; 2) Encaminhou apenas um atestado de capacidade técnica; 3) O atestado apresentado não é da empresa proponente, mas sim do fabricante; 4) Não atende quanto a potência máxima consumida por cúpula de 60w; 5) Não atende quanto à especificação de temperatura de cor entre 3700 e 4900K. <i>Desclassificada tecnicamente.</i>
--	--

Empresa 6: **OQTIS Ltda, CNPJ nº 47.806382/0001-09. CONSIDERANDO:** 1) Não apresentou atestado de capacidade técnica conforme o solicitado quanto ao intervalo não inferior a um ano. *Desclassificada tecnicamente.*

Empresa 7: **BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Ltda, CNPJ nº 02.836.248/0001-12. CONSIDERANDO:** 1) Não atende quanto à potência máxima consumida por cúpula de 60w. *Desclassificada tecnicamente.*

Empresa 8: **PROENÇA COMERCIAL Ltda, CNPJ nº 33.337.231/0001-44. CONSIDERANDO:** 1) Atestados de capacidade técnica apresentados não são referente ao modelo do bem especificado na proposta.; 2) Não apresenta temperatura de cor entre 3700°K e 4900°K; 3) Índice de vermelho intenso (R9) >90. 4) Não atende quanto a potência máxima consumida por cúpula de 60w; 5) Não informa possuir representante/assistência técnica no Rio Grande do Sul. *Desclassificada tecnicamente.*

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo nº 165 da Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021. Caso não haja interposição de recurso e-mail: [propostas@tacchini.com.br](mailto:propostas@tacchini.com.br), estabelece-se o dia **25.01.2024** para homologação desta Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica; sendo que são observadas as prerrogativas da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 e suas alterações, bem como o Termo de Convênio assinado entre a Associação Dr. Bartholomeu Tacchini e o Ministério da Saúde.

Bento Gonçalves/RS, 19 de Janeiro de 2024.



**Hilton Roese Mancio**

Superintendente Executivo