

 Tacchini Saúde	Associação Dr. Bartholomeu Tacchini CNPJ: 87.547.444/0001-20 Rua Doutor José Mário Mônaco, 358 CEP: 95700 068 – Bento Gonçalves/RS	Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica CONVÊNIO nº 958899_2024
		Processo Administrativo: 2.958899_2025 Data do Processo: 24.04.2025
		Página: 1 de 2

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica
Aviso de Resultado

A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 2.958899/2025 para aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes no âmbito do Convênio MS nº 958899/2024, das empresas participantes e o item cotado, conforme abaixo:


Fornecedores/ Equipamentos:	01 (um) Esterilizador por Métodos Físicos Empresa 1: SANTALMAS Comércio, Importação e Exportação Ltda, CNPJ nº 86.647.138/0001-00. Modelo CASP80D, marca CASP. CONSIDERANDO: 1) Não possui interface para leitor de código de barra. 2) Não apresentou documentação de certificação para esterilização de instrumentos para cirurgia robótica. 3) Apesar de constar na proposta identificou-se que no manual do equipamento não informa existência de configuração de portas que permita tornar o equipamento como de uma porta; 4) Não apresentou compatibilidade com software para monitoramento remoto. <i>Desclassificada tecnicamente.</i> Empresa 2: BAUMER S.A, CNPJ nº 61.374.161/0001-30. Modelo B0201-105P-V02, marca Baumer. CONSIDERANDO: 1) Não apresentou possuir certificação para esterilização de instrumentos para cirurgia robótica e endoscópios flexíveis; 2) A proposta não apresenta declaração de atender quanto ao treinamento técnico; 3) Não foi localizado possuir interface para leitor de código de barras; 4) Não apresentou ser capaz de se conectar à rede do hospital para identificação de ciclos úteis e ciclos em falha, quantidade de ciclos realizados com identificação de data, tipo e tempo de esterilização, nem rastreabilidade dos ciclos, falhas de manutenção e estado de operação. 5) Não apresentou compatibilidade com software para monitoramento remoto. 6) Não apresentou declaração de fornecimento do manual técnico ou de serviço, conforme solicitado no item 5.2ª. <i>Desclassificada tecnicamente.</i> Empresa 3: Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nº 06.028.137/0001-30. Modelo Poladus 150, marca Getinge, CONSIDERANDO: 1. Atende a especificação técnica exigida. 2. Valor acima do Plano de Trabalho aprovado. Desclassificada.
--------------------------------	---

Empresa 4: **H. STRATTNER & Cia Ltda, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.** Modelo 130HPO-2, marca Matachana. **CONSIDERANDO:** 1) Não atender quanto a fornecimento de manutenções preventivas e peças no período de 24 meses; 2) Não apresentou declaração de fornecimento do manual técnico ou de serviço, conforme solicitado no item 5.2. *Desclassificada tecnicamente.*

Empresa 5: **Advanced Sterilization Products Distribuição e Comércio para Saúde Ltda, CNPJ nº 32.494.340/0001-02.** Modelo 10104-006/10144, marca ASP-STERRAD. *Vencedora.*

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo nº 165 da Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021. Caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br, estabelece-se o dia **19 de Junho de 2025** para Homologação desta Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica; sendo observadas as prerrogativas da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 e suas alterações, bem como o Termo de Convênio assinado entre a Associação Dr. Bartholomeu Tacchini e o Ministério da Saúde.

Bento Gonçalves/RS, 11 de Junho de 2025.



Hilton Roese Mancio
Superintendente Executivo