Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultado

A **Associação Dr. Bartholomeu Tacchini** comunica o resultado da **Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 1.946550/2026** para aquisição de Equipamentos Médico-Assistenciais/Materiais Permanentes, no âmbito do **Convênio MS nº 946550/2023**, das empresas participantes aos itens cotados, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento	
	Item 1: 01 (uma) SERRA/PERFURADOR ÓSSEO Empresa 1: **CIRÚRGICA IBIPORÃ LTDA,** CNPJ 23.178.900/0001-29, cotou a Serra/Perfurador Ósseo, modelo BJ5600, marca Bojin. ***Vencedor.*** Empresa 2: **ITS MATERIAL CIRÚRGICO LTDA,** CNPJ 00.581.295.0001-37, cotou a Serra/Perfurador Ósseo, modelo 17-040 ITS-MC ION DRIVE e acessórios, marca ITS_MC. **CONSIDERANDO**: 1) Não atende quanto a capacidade para carregar pelo menos 4 baterias simultaneamente. O carregador possui fisicamente apenas 02 berços de encaixe (duas fendas de carregamento). 2) 01 Mandril adaptador para broca e fresa (autoclavável e com engate rápido). Os acessórios inclusos na proposta dependem de chave mecânica. ***Desclassificada tecnicamente***.
	Item 2: 08 (oito) CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER ELÉTRICAS **Empresa 1: LINET DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA,** CNPJ 16.861.009/0001-27, cotou a Cama Hospitalar tipo fawler elétrica, modelo ESSENZA 200, marca LINET. ***Vencedor.*** **Empresa 2: RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA,** CNPJ 02.377.937/0001-06, cotou a Cama Hospitalar tipo fawler elétrica, modelo RC203 O, marca RC Moveis**. CONSIDERANDO**: Não atende quanto: 1) Movimentos obrigatórios: Subir/Abaixar, Dorso, Joelhos, Trendelenburg/Reverso, Autoregressão e Cadeira (botão único). Na proposta cita apenas o "auto contorno" tradicional (elevação síncrona de dorso/pernas para evitar deslizamento), mas não possui o mecanismo de autoregressão/retração física do encosto, omitindo o recuo mecânico do estrado; 2) Estrado termoplástico composto por 4 secções removíveis (assepsia). Não há menção de que as placas de termoplástico sejam removíveis para assepsia. 3) Proteção contra choque elétrico: Baixo risco - Classe I. A proposta declara explicitamente em suas características elétricas: "Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52. 4) Colchão com espessura ≥ 14 cm, compatível e registrado na ANVISA pelo mesmo fabricante da cama. A empresa cita que o colchão acompanha o item, mas não informa o número de registro ANVISA do colchão e nem comprova que é de sua própria fabricação. ***Desclassificada tecnicamente.*** **Empresa 3: MEDI SAUDE PRODUTOS,** CNPJ 02.563.570/0001-15, cotou a Cama Hospitalar tipo fawler elétrica, modelo MS 11.003, marca Medi-Saúde. ***Desclassificada valor.*** **Empresa 4: VALLITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA,** CNPJ

	01.987.265/0001-98, cotou a Cama Hospitalar tipo fawler elétrica, modelo VLT932, marca Vallitec. ***Desclassificada valor.*** **Empresa 5: RTS RIO S.A.**, CNPJ 04.050.750/0004-71, cotou a Cama Hospitalar tipo fawler elétrica, modelo CA-54380-2414A, marca Paramount. **CONSIDERANDO**: Não atende quanto: 1) Estrado termoplástico composto por 4 secções removíveis (assepsia). O manual e a proposta confirmam que apenas a seção do quadril é removível; 2) Permite customização de grades e peseiras. A proposta descreve uma configuração fechada de fábrica; 3) Extensor de leito integrado não inferior a 15 cm adicionais, permitindo que a estrutura se estenda aumentando assim o comprimento efetivo da cama em mais 100mm; 4) Controle remoto cabeado para enfermagem com encaixe antiqueda na peseira. O Controle do paciente/enfermagem cabeado opcional, substituindo o emprego do painel de controle do paciente/enfermagem integrado às grades laterais na cama; 5) Ângulos de articulação motorizados: Dorso ≥ 70° e Joelhos ≥ 30°. Faixa de Angulação do Dorso: 0° a 70° | Faixa de Angulação dos Joelhos: 0° a 25°; 6) Carga Segura de Trabalho (CST) mínima de 250 kg (com luz noturna); carga segura de trabalho de 230Kg. 6) Colchão com espessura ≥ 14 cm, compatível e registrado na ANVISA pelo mesmo fabricante da cama. A proposta comercial omitiu o número de registro do acessório e o vínculo de fabricação unificada unânime exigido em edital; 7) Capa impermeável a líquidos, permeável a vapor, zíper oculto 180° e solda eletrônica (sem látex). Não informado. ***Desclassificada tecnicamente.*** **Empresa 6: NBTECH INDUSTRIA DE MOVÉIS TECNOLÓGICOS**, CNPJ 27.565.219/0001-94, cotou a Cama Hospitalar tipo fawler elétrica, modelo 1444, marca NBTECH. **CONSIDERANDO**: Não atende quanto: 1) Permite customização de grades e peseiras. A proposta limita-se a descrever detalhadamente o design fixo injetado em PEAD das suas cabeceiras, peseiras e grades com retração linear, sem prever adaptabilidade ou customização; 2) Superfície útil do leito: largura ≤ 100 cm e comprimento ≥ 200 cm. A proposta declara explicitamente: "Área útil de 1950mm x 900mm" e repete nas dimensões internas "1950mm x 900 mm". ***Desclassificada tecnicamente.***
	Item 1: 01 (um) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA CENTRO CIRÚRGICO **Empresa 1: Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA,** CNPJ 07.626.776/0001-60, cotou o Monitor Multiparamétrico para Centro Cirúrgico, modelo K15, marca CREATIVE. **CONSIDERANDO**: Não atendendo quanto a: 1) Faixa de medição de 0 a 200 resp/min. Faixa: 0 a 150 rpm 2) Tecnologia de ponta homologada: Nellcor Oximax, GE, Philips ou Masimo Set. Não foi definido ou indicado qual tecnologia será entregue; 3) Faixa de medição de -40 a 320 mmHg. A página 6 da proposta da empresa (item NIBP), a faixa declarada é de 0 a 300 mmHg. O aparelho não lê pressões negativas e corta leituras acima de 300 mmHg, violando o edital. 4) Assistência Técnica em Declaração é no estado do Paraná. ***Desclassificada tecnicamente.*** **Empresa 2: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A,** CNPJ 04.078.043/0002-21, cotou o Monitor Multiparamétrico para Centro Cirúrgico, modelo B155M, marca GE. ***Desclassificada valor.*** **Empresa 3: DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ 35.197.526/0001-98, cotou o Monitor Multiparamétrico para Centro Cirúrgico, modelo N15M PRO. ***Vencedor.***

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo nº 165 da Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021; caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br, estabelece-se o dia **30.11.2026** para homologação desta Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica, *possível via Ajuste de Plano de Trabalho Aprovado*; sendo que são observadas as prerrogativas da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 e suas alterações, bem como o Termo de Convênio assinado entre a Associação Dr. Bartholomeu Tacchini e o Ministério da Saúde.

Bento Gonçalves/RS, 19 de Novembro de 2026.

Hilton Roese Mancio

Superintendente Executivo