

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultados

A **Associação Dr. Bartholomeu Tacchini** comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº **3.863379/2019** para aquisição de Equipamento/Material Permanente no âmbito do **Convênio MS nº 863379/2017**, da empresa participante e seu respectivo item, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento:	<p>Item 1: Ultrassom Diagnóstico – Cardio/Extracorpóreo</p> <p>Empresa 1: Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. CONSIDERANDO: 1) Quantidade de canais é inferior ao solicitado; 2) Taxa de Frame Rate não atende ao edital; 3) Filtro especial para redução de ruído inerente as imagens de ultrassom com pelo menos 4 níveis de redução de ruído. <i>Observar Laudo Técnico em anexo e valor acima.</i></p> <p>Empresa 2: Dental Alta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. CONSIDERANDO: 1) Não apresenta Curve AMM; 2) Diversos itens da proposta são cópias do edital. <i>Observar Laudo Técnico em anexo.</i></p> <p>Empresa 3: Philips Medical Systems Ltda. Valor acima.</p> <p>Empresa 4: GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Vencedora.</p>
-------------------------------	--

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br ou (54) 3455 4142 ou 3455 4169, estabelece-se o dia **15.03.2019** para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço. Cabe ressaltar a observância da Portaria Interministerial 424/2016.

Bento Gonçalves/RS, 11 de Março de 2019.



Hilton Roese Mancio

Superintendente Executivo

Laudo Técnico referente ao Convênio 863379/2017**Cotação prévia de preços – divulgação eletrônica nº3.863379-2019**

O referente laudo refere aos quesitos e justificativas para desclassificação técnica das propostas apresentadas.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA RS sob o nº 10092761.

Item 1 – Equipamento Ultrassom Diagnóstico – Cardio/Extracorp.

Empresa 1: Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA

Descrição: Ultrassom Portátil Marca Siemens Modelo NX3 Elite

Quesito: Quantidade de canais é inferior ao solicitado; Taxa de Frame Rate não atende ao edital; Filtro especial para redução de ruído inerente as imagens de ultrassom com pelo menos 4 níveis de redução de ruído.

Justificativa: Os itens solicitados são indispensáveis para garantir qualidade de exames e operacionalidade do equipamento na aplicação a que se destina

Empresa 2: Philips Medical Systems LTDA

Descrição: Ultrassom Marca Philips Modelo AFFINITI 50

Quesito: Valor maior que o disponível

Justificativa: Valor maior que o disponível

Empresa 3: Dental Alta Mogiana Comércio de produtos Odontológicos LTDA

Descrição: Ultrassom Marca Saevo Modelo FT422

Quesito: Não apresenta Curve AMM; Diversos itens da proposta são cópias do edital.

Justificativa: Não atende o Item 5.2 k do edital, pois apresenta cópia do edital. O Modo M anatômico curvo é utilizado para análise de sincronismo cardíaco.

Bento Gonçalves, 8 de Março de 2019.

Carlos Augusto Mattoso Pereira

Carlos Augusto M. Pereira

Eng. Eletricista/ Clínico

RS199536