

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultados

A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº **1.825365/2019**, para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, no âmbito do **Convênio MS nº 825365/2015 – Ampliação de Meta**, das empresas participantes e seus respectivos itens, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento	<p>Item 1: 01 (um) Aparelho de Anestesia com Monitor Multipamétrico</p> <p>Empresa 1: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda. Vencedora. Empresa 2: Baumer S/A. Observar Laudo Técnico em anexo. Empresa 3: Drager Indústria e Comércio Ltda. Observar Laudo Técnico em anexo. Empresa 4: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. Valor acima.</p>
	<p>Item 2: 02 (dois) Monitor Multiparâmetros</p> <p>Empresa 1: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda. Vencedora. Empresa 2: Philips Medical Systems Ltda. 2º colocado. Empresa 3: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. Observar Laudo Técnico em anexo. Empresa 4: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. Observar Laudo Técnico em anexo. Empresa 5: Prolife Equipamentos Médicos EIRELI. 3º colocado.</p>

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso (e-mail: propostas@tacchini.com.br ou (54) 3455 4169 ou 3455 4142, estabelece-se o dia **11.06.2019** para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço.

Bento Gonçalves/RS, 05 de Junho de 2019.


Hilton Roese Mancio

Superintendente Executivo

Laudo Técnico referente ao Convênio 825365/2015

O referente laudo refere aos quesitos e justificativas para desclassificação técnica das propostas apresentadas.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA RS sob o n° **10192402**.

Item 1 – Equipamento Aparelho de Anestesia com Monitor multiparâmetros

Empresa: Baumer S/A

Descrição: Aparelho de Anestesia com Monitor, modelo SAB4000, marca Baumer

Justificativa: Foi solicitado tela ajustável e articulável de no mínimo 15 polegadas e na proposta consta tela de 10.4 polegadas, não atendendo ao mínimo; Não informa atender quanto à possuir fluxômetros digitais para O₂, Ar e N₂O; Não atende relação I:E de 2:1 a 1:8; No monitor: Não consta análise de ritmo e segmento ST em todas derivações.

Empresa: Drager Industria e Comércio Ltda

Descrição: Aparelho de Anestesia com Monitor, modelo Primus + Vista 120C

Justificativa: Foi solicitado tela ajustável e articulável de no mínimo 15 polegadas e na proposta consta tela de 12 polegadas; Solicita frequência respiratória de 4 a 100 rpm e no catálogo enviado indica de 3 a 80 rpm; Limite superior do PEEP é de 20 CmH₂O, quando no termo de referência solicita 30 cmH₂O. No monitor: Não constam informações na proposta ou catálogo de faixa de frequência respiratória; faixa de frequência cardíaca; Não consta análise de ritmo e segmento ST em todas as derivações.

Item 2 – Equipamento Monitor Multiparâmetros

Empresa: Alfa med Sistemas Médicos Ltda

Descrição: Monitor Multiparâmetros, modelo VITA 1100e, marca Alfa Med


Justificativa: Na proposta encaminhada não apresenta atender quanto a análise de segmento ST para multiderivações;

Empresa: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda

Descrição: Monitor Multiparâmetros, modelo iMEC 12, marca Mindray

Justificativa: Na proposta encaminhada não apresenta atender quanto a perfis de alarme não constando armazenamento de 10 perfis com função importar/exportar (possibilitando exibir padrão de alarme da instituição).

Bento Gonçalves, 15 de Maio de 2019



Carlos Augusto Mattoso Pereira
Engenheiro Clínico
Crea RS 199536

Carlos Augusto Mattoso Pereira
Engenheiro Eletricista
Crea-RS199536
15/05/2019