

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultados

A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 1.848532/2018 para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes no âmbito do Convênio MS nº 848532/2017, das empresas participantes e seus respectivos itens, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento:	<p>Item 1: Aparelho de Raio X Móvel</p> <p>Empresa 1: CDK Indústria e Comércio de Equipamentos de Raios X Ltda Considerando: não atende o item 5.3 B, 5.3C e 5.3G. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 2: Philips Medical Systems Ltda Considerando: não atende quanto à rotação do braço em 90°, em relação ao eixo vertical. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 3: VMI Tecnologias X Ltda Considerando: não atende quanto à rotação do braço em 90°, em relação ao eixo vertical.. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Ação: realizar nova Cotação Prévia de Preços_Divulgação Eletrônica.</p>
	<p>Item 2: Foco Cirúrgico de Solo Móvel</p> <p>Empresa 1: Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. <i>Vencedora.</i></p> <p>Empresa 2: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. <i>Desclassificada valor.</i></p> <p>Empresa 3: Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda Considerando: 1) Não atender a solicitação de 4 manoplas autoclaváveis. 2) Não possuir a quantidade mínima de 5 rodízios giratórios. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p>
	<p>Item 3: Monitor Multiparâmetros</p> <p>Empresa 1: D&I Comércio de Equipamentos Médicos Ltda Considerando: 1) Não indica possuir análise de agentes anestésicos. 2) Não indica faixa de medição da curva pletismográfica. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p> <p>Empresa 2: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA. <i>Vencedora.</i></p>
	<p>Item 4: Incubadoras Neonatais Estacionárias</p> <p>Empresa 1: Fanem Ltda. <i>Vencedora.</i></p>
	<p>Item 5: Aparelhos de Fototerapia</p> <p>Empresa 1: Fanem Ltda. <i>Vencedora.</i></p>
	<p>Item 6: Eletroencefalógrafo</p> <p>Ação: realizar nova Cotação Prévia de Preços_Divulgação Eletrônica.</p>

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br ou (54) 3455 4142 ou 3455 4169, estabelece-se o dia 28.11.2018 para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço. Cabe ressaltar a observância da Portaria Interministerial 424/2016.



Bento Gonçalves/RS, 21 de novembro de 2018.

Hilton Roese Mancio Superintendente Executivo



Laudo Técnico referente ao Convênio 848532/2017

Cotação prévia de preços – divulgação eletrônica nº1.848532-2018

Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA RS sob o nº 9940147

Item 1 – Equipamento de RX móvel

Empresa 1: CDK Industria e comércio de Equipamentos de Raios X Ltda

Descrição: RX portátil modelo Mag dynamic C, Fabricante CDK.

Justificativa: Não atende o edital referente aos itens:

5.3... Descrição do item:

b) Assistência técnica no Rio Grande do Sul, autorizada. Indicar empresa(s), profissional(is) responsável(is) e respectivo(s) endereço(s) e telefone(s) para assistência durante e após a garantia;

c) Ficará a licitante obrigada a treinar os profissionais da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, na manutenção do(s) equipamento(s), para até 02(dois) funcionários técnicos...

g) Apresentar, na proposta, documentação comprobatória de Contrato de Representação Comercial e Técnica do equipamento proposto entre o Representante/Distribuidor e o Fabricante do produto.

Empresa 2: Philips medical Systems Ltda

Descrição: RX Móvel modelo titanium 300, fabricante Philips.

Justificativa: Não atende o edital referente a rotação do conjunto unidade selada/ colimador de 90°, dificultando a movimentação e utilização no setor de uti ped/ neo

Empresa 3: VMI Tecnologias Ltda

Descrição: RX portátil modelo Aquilla S, fabricante VMI.

Justificativa: Não atende o edital referente a rotação do conjunto unidade selada/ colimador de 90°, dificultando a movimentação e utilização no setor de uti ped/ neo

Item 2 – Equipamento foco cirúrgico móvel

Empresa 3: Salk Medical serviços e comércio de produtos para saúde Ltda

Comp *f*

Descrição: Lâmpada cirúrgica auxiliar led 3LE, fabricante sismatec.

Justificativa: Não atende o edital referente a solicitação de 4 manoplas autoclaváveis; e não atender a quantidade de 5 rodízios giratórios.

Item 3 – Equipamento Monitor Multiparâmetros

Empresa 1: D&I comércio de equipamentos médicos Ltda

Descrição: Monitor multiparamétrico, modelo Qube, fabricante spacelabs

Justificativa: Não indica possuir análise de agentes anestésicos e faixa de medição da curva pletismográfica.

Bento Gonçalves, 30 de Outubro de 2018.

Carlos Augusto M. Pereira
Carlos Augusto M. Pereira
Eng. Eletricista
RS199536

P